	<b>INSTRUCTIUNEA</b>	<b>Cod:I.MRC.OCS.4.1.04ON</b>
	<b>Controlul numărului de identificare al organismului notificat MRC</b>	Editia: 1
		Revizia: 4
		Pagina: 1/5

**APROBAT  
DIRECTOR EXECUTIV MRC**

**Dr.ing. Maria-Magdalena POENARU**

**06.07.2018**

**INSTRUCTIUNEA  
CONTROLUL NUMĂRULUI DE IDENTIFICARE  
AL ORGANISMULUI NOTIFICAT MRC**

**COD: P.MRC.OCS-4.1.04ON**

**Intocmit,  
Responsabil Calitate**

**Anghel Adriana**


**Avizat  
Director Certificare**

**Poenaru Liana**

	<b>INSTRUCTIUNEA</b>	<b>Cod:I.MRC.OCS.4.1.04ON</b>
	<b>Controlul numărului de identificare al organismului notificat MRC</b>	Editia: 1
		Revizia: 4
		Pagina: 2/5

### LISTA DE CONTROL A EDIȚIEI/REVIZIEI:

<b>Ed./ Rev.</b>	<b>Obiectul modificărilor</b>	<b>Fisa modificare</b>	<b>Data</b>	<b>Intocmit</b>
1/0	Elaborare initiala	-	12.05.2010	A.Padeanu
1/1	Corelare cu noile cerinte de acreditare si certificare	FM nr.254	15.11.2015	A.Padeanu
1/2	Corelare cu cerinte Directiva 2009/48/CE privind siguranta jucariilor	FM nr.280	06.01.2017	A.Anghel
1/3	Excludere referiri la Directiva 2009/48/CE privind siguranta jucariilor	FM nr. 296	22.03.2018	A. Anghel
1/4	Modificari documente de referinta	FM nr. 307	06.07.2018	A. Anghel

	<b>INSTRUCTIUNEA</b>	<b>Cod:I.MRC.OCS.4.1.04ON</b>
	<b>Controlul numărului de identificare al organismului notificat MRC</b>	Editia: 1
		Revizia: 4
		Pagina: 3/5

## 1. SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE

Prezenta instructiune are ca scop descrierea responsabilitatilor si a cerintelor privind modul de aplicare a numarului de identificare al organismului notificat MRC pe produsele certificate sub incidenta reglementarilor europene:

**A) Directiva 2014/32/UE-MID**, transpusă în legislația națională prin HG 711/ 2015, pentru mijloace de măsurare și subsansamblurile definite în anexele specifice care privesc:

- *contoarele de apa - anexa MI-001;*
- *contoarele de gaz și dispozitivele de conversie a volumului - anexa MI-002;*
- *contoarele de energie electrică activă - anexa MI-003;*
- *contoarele de energie termică - anexa MI-004;*
- *sistemele de măsurare continuă și dinamică a cantităților de lichide, altele decât apa - anexa MI-005;*
- *aparate de cântărit cu funcționare automată - anexa MI-006;*
- *taximetrele - anexa MI-007;*
- *măsurile materializate - anexa MI-008;*
- *aparatele pentru măsurari dimensionale - anexa MI-009;*
- *analizoarele de gaz de eșapament - anexa MI-010.*

**B) Directiva 2014/31/UE-NAWI**, transpusă în legislația națională prin HG 710/ 2015, pentru următoarele mijloace de măsurare:

- *aparate de cântărit cu funcționare neautomată.*

## 2. DOCUMENTE DE REFERINTA

Documentele de referință aplicabile sunt menționate în:

2.1 Manualul sistemului de management al organismul de certificare produse din domeniul reglementat MRC-OCS, cod MSM-03, ediția și revizia în vigoare;

2.2 Manualul sistemului de management al organismul de certificare sisteme MRC-OCS, cod MSM-01, ediția și revizia în vigoare.

## 3. DEFINITII SI PRESCURTARI

În prezentul document sunt utilizate definițiile din documentele de referință.


**Tip** - un aparat reprezentativ pentru producția respectivă, în cazul modului „Examinarea CE de tip” prevăzut în anexa II, pct. 1 din directiva NAWI.

În cazul modului B din MID, în loc de tip se utilizează termenul „exemplar”; astfel există cazul unui exemplar de mijloc de măsurare complet reprezentativ pentru producția prevăzută, sau cel al uneia sau mai multor componente critice ale mijlocului de măsurare, reprezentative pentru producția prevăzută.

## 4. DREPTURI SI OBLIGATII

### 4.1. MRC

- În urma evaluării eliberează certificatul pentru produsul evaluat, care are identificare unică.

	<b>INSTRUCTIUNEA</b>	<b>Cod:I.MRC.OCS.4.1.04ON</b>
	<b>Controlul numărului de identificare al organismului notificat MRC</b>	Editia: 1
		Revizia: 4
		Pagina: 4/5

- După finalizarea procedurilor de evaluare, aplica sau pune să se aplice, sub responsabilitatea sa, numărul organismului notificat (de ex.2275).
- Numărul organismului notificat se aplica după marcajul CE de conformitate și marcajul metrologic suplimentar - în cazul produselor din domeniul metrologic sub incidența MID și NAWI - care se aplica prin grija producătorului sau a reprezentantului sau autorizat.
- Verifica, cu ocazia auditurilor/evaluarilor modul cum este aplicat pe produse numărul de identificare al organismului notificat, de către producător (sau reprezentantul său autorizat).

#### **4.2. Producătorul unui produs certificat (sau reprezentantul său autorizat)**

Aplica pe produs, numai pentru produsele pentru care MRC a emis un certificat care încheie procedura de evaluare a conformității, numărul de identificare al MRC ca organism notificat, sub responsabilitatea MRC, cu respectarea prevederilor prezentei instrucțiuni.

### **5. APLICAREA NUMĂRULUI DE IDENTIFICARE AL ORGANISMULUI NOTIFICAT MRC**

**5.1.** Pe fiecare exemplar de mijloc de măsurare pentru care MRC a emis certificat de conformitate pentru evaluarea conformității produselor, conform cu Directiva 2014/32/UE, modul D, D1, F, F1, G, H1, respectiv Directiva 2014/31/UE, module de evaluare D, D1, F, F1, G, producătorul aplică, alături de marcajul "CE" și marcajul metrologic suplimentar, numărul de identificare al MRC ca organism notificat, sub responsabilitatea MRC.

Numărul de identificare al MRC ca organism notificat se aplica astfel încât să nu poată fi șters și să se autodistrugă la îndepărtare. Toate marcasele trebuie să fie foarte vizibile sau ușor accesibile.

Dacă un instrument de măsurare este format dintr-un set de dispozitive, sau de subansambluri, care funcționează împreună, marcasele se aplică pe dispozitivul principal al instrumentului.

Dacă un instrument de măsurare este prea mic sau prea sensibil pentru a purta marcajul „CE”, marcajul metrologic suplimentar și numărul de identificare al MRC ca organism notificat, marcasele trebuie să fie aplicate pe ambalaj.

**5.2.** Nu este permisă aplicarea numărului de identificare al MRC ca organism notificat, pe produse, variante ale lor sau produse care conțin modificări față de produsul certificat și care nu au fost certificate de către MRC.


Cu ocazia evaluării/supravegherii periodice, experții MRC verifică modul de aplicare pe produse a numărului de identificare al MRC ca organism notificat.

**5.3.** Identificarea aplicării numărului de identificare al MRC ca organism notificat pe produse care nu fac obiectul unei certificări, atrage după sine suspendarea certificării. Suspendarea de max.3 luni se comunică producătorului urmând ca acesta să dispună măsurile adecvate pentru soluționarea acestei neconformități care să fie acceptate de MRC. Pe perioada suspendării, producătorul nu mai are dreptul să aplice numărul de identificare al MRC ca organism notificat pe produsele comercializate.

După perioada de suspendare, dacă producătorul nu a întreprins măsurile necesare, MRC dispune retragerea certificatului care atrage după sine și anularea dreptului de aplicare pe produse a marcasele care atestă conformitatea.

#### **5.4. Informarea autorității competente**

MRC trebuie să informeze Ministerul Economiei, cu privire la:

	<b>INSTRUCTIUNEA</b>	<b>Cod:I.MRC.OCS.4.1.04ON</b>
	<b>Controlul numărului de identificare al organismului notificat MRC</b>	Editia: 1
		Revizia: 4
		Pagina: 5/5

- certificatele de examinare CE de tip si certificatele de aprobare a sistemului calitatii emise;
- completările și amendamentele la certificatele deja emise ;
- retragerea unui certificat de examinare EC de tip sau de aprobare a sistemului calitatii.

**5.5. Aplicarea** numarului de identificare al MRC ca organism notificat va dura atata timp cat produsele certificate continua sa satisfaca obligatiile pe care si le-au asumat la atribuirea certificatului de conformitate si pe perioada de valabilitate a certificatului.

Aplicarea numarului de identificare al MRC ca organism notificat inceteaza in urmatoarele situatii:

- cand s-a depasit termenul de valabilitate al certificatului;
- pe perioadele in care certificarea este suspendata
- dupa retragerea certificatului;

### 5.6. Sanctiuni

In cazul incalcarii cerintelor acestei instructiuni, MRC, in functie de gradul de vinovatie, poate aplica urmatoare sanctiuni:

- avertisment scris organizatiei/producerului
- suspendarea certificarii pana la rezolvarea cauzelor care au condus la nerespectarea cerintelor acestor instructiuni
- retragerea certificarii

## 6. FORMULARE SI ÎNREGISTRĂRI

6.1. Registru certificate acordate–domeniul reglementat

cod F.4.3.01.4ON

## 7. DISPOZIȚII FINALE

Procedura intră în vigoare la data aprobării de către Directorul Executiv al MRC.

### Registru certificate acordate-Domeniul Reglementat

Nr. crt.	Numar certificat	Data acordarii certificarii	Data expirarii certificarii	Directiva/ Modulul	Producator/ Reprezentant autorizat	Produs	Mentiuni
0	1	2	3	4	5	6	7

*cod F.MRC.OCS.4.3.01.4ON rev.0*