



Certificat de examinare UE de tip EU-type examination certificate

Număr RO-2275-21547, revizia 0

Number RO-2275-21547, revision 0

acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
ON 041

Eliberat de
Issued by

MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE / ROMANIAN MOVEMENT FOR QUALITY

Str. Părului, nr. 8, Craiova, Județul Dolj, România

T +4 0351 451047; F +4 0251 545553; mrco@rdscv.ro; www.mrco.ro

În conformitate cu
According to

Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (reformare), Anexa III Contoare de apă (MI – 001), Anexa II Modulul B: Examinarea UE de tip

Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments (recast), Annex III - Water meters (MI-001), Annex II Module B: EU-Type Examination

Producător
Manufacturer

LUNA Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş

Atatürk Organize Sanayi Bölgəsi, 10001 Sokak No: 9, Çiğli / İZMİR TURKEY

Referitor la
Concerning to

Contor de apă tip: NEW STAR ST-D-XX-Y

Water meter type: NEW STAR ST-D-XX-Y

Caracteristici
Characteristics

Accuracy class/ Clasa de exactitate

2

Clasa de temperatură/ Temperature class:

T 50

Domeniul temperaturii ambiante/ Ambient temperature range:

+5°C...+55°C

Presiunea maximă admisă/ Maximum admissible pressure:

16 bar

Descriere și documentație
Description and documentation

Mijlocul de măsurare corespunde cu cerințele Directivei 2014/32/UE și este descris în Anexă, parte integrantă din prezentul certificat.

The measuring instrument meets the 2014/32/EU Directive's requirements and it is described in Annex, a part of this certificate.

Eliberat la
Issued on

29.04.2021

Valabil până la
Valid until

28.04.2031

Organism notificat nr. 2275
Notified Body no. 2275

Dr. ing. Maria Magdalena POENARU
DIRECTOR EXECUTIV



Certificatul fără semnătură și ștampilă nu este valabil. Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexă. Certificatul are 14 pagini inclusiv anexa.
Certificate without signature and stamp is not valid. The present certificate is valid only accompanied by Annex. The certificate has 14 pages, including the annex.